



Pismo nr: 120/P0.182/23

Warszawa, dn. 22.11.2023 r.

### Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art.135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Uniwersytet Warszawski, Zamawiający w postępowaniu pn. „**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii**” znak sprawy POUZ - 361/359/2023/WCH, informuje, że wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi oraz zmienia treść SWZ, w następujący sposób:

#### Dotyczy Pakietu 1: Załącznik 2.1 - dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem - 6 szt.

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści 2 wyświetlacze LED , jeden do temperatury, a drugi do obrotów, w urządzeniu, jako rozwiązanie równoważne do wyświetlacza LCD ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody ze względów funkcjonalnych, tym samym pozostawia wymagania dotyczące wyświetlacza LED bez zmian.

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści czujnik temperatury PT100, Klasa B, jako równoważny do wymaganego ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wymagana jest wysoka dokładność i czułość pomiaru temperatury, tym samym pozostawia zapis bez zmian.

##### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści średnicę płyty grzejnej dokładnie 14 cm. nie wiele mniej niż wymóg ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisie. Wymóg Zamawiającego zawarty w punkcie 14 Formularza warunków technicznych zapewnia kompatybilność.

##### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści moc grzania 600W, niewiele mniej od wymaganej ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza moc grzania 600 W, tym samym dokonuje zmiany treści załącznika 2.1 do SWZ poz. 15, nadając nowe brzmienie:

15.	Moc grzania	600 W - 800 W	..... Tak/Nie
-----	-------------	---------------	------------------

##### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści ustawiany zakres temperaturowy płyty grzejnej od 50 st. C pow. temp. otoczenia do +350 st. C , co jest nieznaczną różnicą w stosunku do wymogu ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wymagana jest możliwość zapewnienia warunków temperaturowych w zakresie w zakresie 20-300 °C, tym samym pozostawia zapis bez zmian.

Dotyczy § 6 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy dostawy i dostawy z instalacją (Załączniki nr 7.1 i 7.2).

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy dostawy i dostawy z instalacją (Załączniki nr 7.1 i 7.2) na następującą:

„W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej sprzętu okres gwarancji wydłuża się o okres usuwania wad, liczony od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy do chwili dostarczenia Zamawiającemu naprawionego sprzętu. Jeżeli Wykonawca naprawił element sprzętu, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym pozostawia zapis bez zmian.

### **Dotyczy Pakietu 3: Załącznik 2.3 - dostawa wagi precyzyjnej**

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pozycji "dedykowana szafka przeciwdmuchowa": czy Zamawiający oczekuje pełnej szafki z przesuwanymi drzwiami czy też osłony przeciwpodmuchowej?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje pełnej szafki z przesuwanymi drzwiami, co zapewnia większą stabilność ważenia, tym samym dokonuje zmiany treści załącznika 2.3 do SWZ poz. 12, nadając nowe brzmienie:

12.	Dedykowana <b>pełna</b> szafka przeciwdmuchowa <b>z przesuwanymi drzwiami</b>	wymagane	..... Tak/Nie
-----	---	----------	------------------

Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje sposób obliczenia kryterium ceny w Rozdziale XIV SWZ Kryteria wyboru ofert, poprzez określenie wzoru obliczenia:

#### **1) W kryterium ceny (K<sub>c</sub>) – 60 %**

gdzie:

C<sub>min</sub>

**K<sub>c</sub>** = ----- x 60 % x 100

C<sub>o</sub>

K<sub>c</sub> – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”

C<sub>min</sub> – najniższa zaoferowana cena (brutto)

C<sub>o</sub> – cena oferty ocenianej

100 – współczynnik stały

Zamawiający zamieścił niniejszy dokument wraz ze zmienionym Załącznikiem nr 2.1 i 2.3 - na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl>

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  
  
prof. dr hab. Andrzej Kudelski .....  
/podpis/

